

 Germans Trias i Pujol Hospital LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025 Full 1 de 27

Secció Serologia. Àrea Microbiologia Responsable Dra. Gema Fernandez Rivas Localització Laboratori Clínic, 2a Planta, Telèfon 934978894 Extensió 3996					
Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Anticossos i Antigen p24 del VIH	VIH 1 i 2, anticossos i antigen p24 (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-3 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> - Preparació del pacient: Dejà de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori - Contenedor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.					
<u>Condicions preanalítiques:</u> - Tipus de mostra: Sèrum. - Volum mínim de mostra: 5 mL. - Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C) - Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada. - Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada. - Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.					
Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Hepatitis B, antigen de superfície quantitatiu	Hepatitis B: antigen superfície (HbsAg) (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Blau groc separador 8.5 mL	1-3 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u>					

PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP

EDICIÓ: 1.1

22/10/2025

Full 2 de 27

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Hepatitis C, anticossos IgG	Hepatitis C, anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-3 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)

 LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025 Full 3 de 27

- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra lipèmica.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Hepatitis A, anticossos totals (IgG+IgM)	Hepatitis A, anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-3 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Hepatitis A, anticossos IgM	Hepatitis A, anticossos IgM (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-3 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores

- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Epstein Barr, anticossos IgM (anti càpsida viral)	Epstein-Barr, anticossos VCA IgM (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-3 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)

  Germans Trias i Pujol Hospital LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025

- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra lipèmica.
- Interferències: Mostra lipèmica, mostra hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Hepatitis B, anticòs contra antigen de superfície	Hepatitis B, Ac. anti-superfície post-vacunació (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-3 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Hepatitis B, anticòs IgG contra l'antigen e	Hepatitis B, anticòsos anti-e (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-3 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores

PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP

EDICIÓ: 1.1

22/10/2025

Full 6 de 27

- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra lipèmica, mostra hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Hepatitis B, anticòs IgM contra el core HBcAc	Hepatitis B, anticòs anti-core IgM (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-3 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.

 LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025 Full 7 de 27

- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.					
Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Hepatitis B, anticòs totals contra el core HBcAc	Hepatitis B, anticòssos anti-core IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-3 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> - Preparació del pacient: Dejà de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori - Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL. <u>Condicions preanalítiques:</u> - Tipus de mostra: Sèrum. - Volum mínim de mostra: 5 mL. - Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C) - Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada. - Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada. - Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.					
Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Hepatitis B, antigen e (HBeAg)	Hepatitis B: antigen e (HBeAg) (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-3 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> - Preparació del pacient: Dejà de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori					

- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra lipèmica.
- Interferències: Mostra lipèmica, mostra hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
HTLV I+II, anticossos	HTLV I+II, anticossos IgG (CLIA)- Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero
------------------------	----------	-----------	--------------	-------------------	--------

 LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025 Full 9 de 27

					de tubs
Trypanosoma cruzi, anticossos	Trypanosoma cruzi, anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> - Preparació del pacient: Dejú de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori - Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL. <u>Condicions preanalítiques:</u> - Tipus de mostra: Sèrum. - Volum mínim de mostra: 5 mL. - Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C) - Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada. - Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada. - Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.					
Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Citomegalovirus, anticossos IgG	Citomegalovirus, anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> - Preparació del pacient: Dejú de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori - Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.					

  Germans Trias i Pujol Hospital LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra lipèmica, mostra hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Citomegalovirus, anticossos IgM	Citomegalovirus, anticossos IgM (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Coronavirus, anticossos IgG	Coronavirus, anticossos IgG	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel	1-7 dies	1

 LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025 Full 11 de 27

	(CLIA)-Sèrum		separador 8.5 mL		
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> - Preparació del pacient: Dejú de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori - Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL. <u>Condicions preanalítiques:</u> - Tipus de mostra: Sèrum. - Volum mínim de mostra: 5 mL. - Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C) - Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada. - Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada. - Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.					
Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Epstein Barr, anticossos IgG (anti càpsida viral)	Epstein-Barr, anticossos VCA IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> - Preparació del pacient: Dejú de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori - Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL. <u>Condicions preanalítiques:</u> - Tipus de mostra: Sèrum.					

  Germans Trias i Pujol Hospital LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004	
	PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP	
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025	Full 12 de 27

- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Epstein Barr, anticossos IgG (anti antigen nuclear)	Epstein-Barr, anticossos EBNA IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra lipèmica, mostra hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Hepatitis Delta, anticossos IgG	Hepatitis D, anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP

EDICIÓ: 1.1

22/10/2025

Full 13 de 27

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Herpes virus 1 , anticossos IgG	Herpes virus 1 , anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)

 LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025 Full 14 de 27

- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Herpes virus 2 , anticossos IgG	Herpes virus 2 , anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Parotiditis anticossos IgG	Parotiditis, anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores

PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP

EDICIÓ: 1.1

22/10/2025

Full 15 de 27

- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Parvovirus B19 anticossos IgG	Parvovirus B19, anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.

 LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025 Full 16 de 27

- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada. - Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.					
Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Parvovirus B19 anticossos IgM	Parvovirus B19, anticossos IgM (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> - Preparació del pacient: Dejà de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori - Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL. <u>Condicions preanalítiques:</u> - Tipus de mostra: Sèrum. - Volum mínim de mostra: 5 mL. - Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C) - Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada. - Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada. - Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.					
Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Rubèola anticossos IgG	Rubèola, anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> - Preparació del pacient: Dejà de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori					

- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Rubèola anticossos IgM	Rubèola, anticossos IgM (CLIA)- Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

 LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025 Full 18 de 27

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Toxoplasma anticossos IgG	Toxoplasma, anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> - Preparació del pacient: Dejú de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori - Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL. <u>Condicions preanalítiques:</u> - Tipus de mostra: Sèrum. - Volum mínim de mostra: 5 mL. - Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C) - Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada. - Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada. - Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.					
Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Toxoplasma anticossos IgM	Toxoplasma, anticossos IgM (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> - Preparació del pacient: Dejú de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori - Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.					

PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP

EDICIÓ: 1.1

22/10/2025

Full 19 de 27

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Toxoplasma Avidesa IgG	Toxoplasma, estudi avidesa anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
------------------------	----------	-----------	--------------	-------------------	----------------

 LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025 Full 20 de 27

Varicel·la Zòster Anticossos IgG	Varicel·la Zòster, anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tu b Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	11-7 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> Preparació del pacient: Dejà de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori - Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL. <u>Condicions preanalítiques:</u> - Tipus de mostra: Sèrum. - Volum mínim de mostra: 5 mL. - Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C) - Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada. - Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada. - Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.					
Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Varicel·la Zòster Anticossos IgM	Varicel·la Zòster, anticossos IgM (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1
<u>Condicions per a extracció/recollida de mostra:</u> - Preparació del pacient: Dejà de 8 hores - Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient. - Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori - Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL. <u>Condicions preanalítiques:</u> - Tipus de mostra: Sèrum.					

 LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025 Full 21 de 27

- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Xarampió Anticossos IgG	Xarampió, anticossos IgG (CLIA)- Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Treponema pallidum Anticossos treponèmics IgG	Treponema pallidum, anticossos específics IgG +IgM (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Hepatitis E Anticossos IgG	Hepatitis E anticossos IgG (CLIA)- Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.

PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP

EDICIÓ: 1.1

22/10/2025

Full 23 de 27

- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Hepatitis E Anticossos IgM	Hepatitis E anticossos IgM (CLIA)- Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Citomegalovirus Avidesa IgG	Citomegalovirus, estudi avidesa anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Mycoplasma pneumoniae Anticossos IgG	Mycoplasma pneumoniae, anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)

 LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025 Full 25 de 27

- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Mycoplasma pneumoniae Anticossos IgM	Mycoplasma pneumoniae, anticossos IgM (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Borrelia burgdorferi Anticossos IgG	Borrelia burgdorferi Anticossos IgG (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejà de 8 hores

PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP

EDICIÓ: 1.1

22/10/2025

Full 26 de 27

- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.
- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.

Descripció de la prova	Magnitud	Espècimen	Tipus de tub	Temps de resposta	Numero de tubs
Borrelia burgdorferi Anticossos IgM	Borrelia burgdorferi Anticossos IgM (CLIA)-Sèrum	Sèrum	Tub Sèrum Groc gel separador 8.5 mL	1-7 dies	1

Condicions per a extracció/recollida de mostra:

- Preparació del pacient: Dejú de 8 hores
- Condicions de obtenció i recollida de la mostra: : Tub a temperatura ambient.
- Condicions de conservació i transport al laboratori: transportar immediatament al laboratori
- Contenidor primari: Tub sèrum tub groc 8.5 mL.

Condicions preanalítiques:

- Tipus de mostra: Sèrum.
- Volum mínim de mostra: 5 mL.
- Estabilitat de la magnitud: < 2 h (20 - 25) °C; 2-7 dies (2 - 8) °C; > 7dies (-20 a -80 °C)
- Transport al laboratori concertat: enviar refrigerada.
- Criteris de rebuig: Mostra no identificada. Mostra insuficient. Mostra rebuda en contenidor inadequat. Mostra molt lipèmica o molt hemolitzada.

  Germans Trias i Pujol Hospital LABORATORI CLÍNIC METROPOLITANA NORD ACiB_ ISO 15189 Gestió de la Qualitat	15189 Format - PG-AC-003-004 PG-AC-003(004) Catàleg de Serveis HGTiP
EDICIÓ: 1.1	22/10/2025 Full 27 de 27

- Interferències: Mostra molt lipèmica, mostra molt hemolitzada.